

AIUTOOOOOOOO!!!!!!
AIUTOOOOOOOO!!!!!!

COSA MI SERVE?

**IL DEFIBRILLATORE
NON FUZIONAAAA!**

LA CHECK-LIST DELL'URGENZA

E' FINITA L'ADRENALINA!!!!

Newsletter di Febbraio 2008 di

Collegio Infermieri IPASVI della Spezia

www.ipasvi.laspezia.net

a cura di Patrizia Nunziante, Infermiera specialista

visita le altre nostre newsletter sul sito; e le iniziative aggiornate anche su www.ipasvi.it
aprendo lo spazio della città di La Spezia (attraverso la cartina italiana in home page)

INTRODUZIONE

Con il termine check-list (in italiano lista di controllo) si identifica qualsiasi elenco esaustivo di cose da fare o da verificare per eseguire una determinata attività.

La spunta degli elementi di una check-list è il metodo più semplice e sicuro per portare a termine attività che prevedono molti passi e che richiedono particolare attenzione.....

Questa è la definizione del vocabolario, di per sé esaustiva, di tutto il significato e l'importanza, che assume la "lista di controllo", nella gestione infermieristica dell'emergenza-urgenza, in termini di sicurezza dell'utente e di efficacia degli interventi.

Vi è mai capitato di provare il **brivido**.....di non trovare il farmaco **salvavita** o di verificare il **non** funzionamento di uno strumento.....**troppo tardi?????**

Avete mai provato la sensazione di..... "**girare a vuoto**".....in un momento in cui, la **tempestività** dell'intervento, è **indispensabile alla sopravvivenza di un essere umano????**

Non so come vi siete sentiti voi.....ma so come mi sono sentita io e vi posso assicurare che non me lo dimentico più!!!!

Mi sono sentita...tanto.....la Fantozzi della situazione.....inadeguata a fornire l'assistenza necessaria.....**responsabile delle possibilità in meno**.....offerte a quella persona!!!!

Eh sì.....**responsabile!!!!** Esattamente come prevedono tutte le leggi che regolamentano la nostra professione.....e che non stiamo qui a ripetere, perché ormai... fanno parte del patrimonio di ognuno di noi.....altrimenti è come giocare....senza conoscere le regole del gioco...e pretendere di vincere.....infrangendole....portando come giustificazione l'ignoranza!!!!

DESCRIZIONE

La check-list del carrello dell'urgenza, di seguito presentata, vuole essere solo una proposta, suscettibile di modifiche, che saremo lieti di accogliere, a integrazione del modello presentato.

Si suddivide in 4 parti:

la I è dedicata ai materiali, ulteriormente ripartiti in A –, airway, B- breathing, C- circulation, D- disability, E-expose and examine

la II riguarda i dispositivi di protezione individuale

la III i farmaci ed è presente un numero progressivo; questa è un'idea dei colleghi emiliani, che semplifica il controllo. È stato utilizzato il sistema di classificazione dei libri nelle biblioteche: viene identificata ogni scatola con un numero, in modo che, scorrendo velocemente i numeri progressivi, ci si possa rendere conto, immediatamente, della mancanza di un farmaco. Ovviamente ciò prevede che, ogni volta in cui viene utilizzata anche una sola fiala, la scatola venga sostituita con una integra. Quest'ultimo rappresenta uno dei principi cardine della gestione del carrello dell'urgenza, per essere sicuri **dell'effettiva disponibilità del farmaco** (vi è mai capitato di aprire una scatola e di trovarla vuota????!!!! A me sì!!!).

Infine, la IV parte riguarda le infusioni.



PARTE I - MATERIALI:

- **controllo dotazione**
- **controllo scadenze**
- **funzionamento**

- **annotazioni**
- **segnalazione in caso di guasto o di indisponibilità**

A

MATERIALE	MISURA	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
ASPIRATORE FUNZIONANTE		1	
SONDINI ASPIRAZIONE	BIANCHI	5	
	VERDI	5	
	ROSSI	5	
CANNULE GUEDEL	BIANCA	2	
	VERDE	2	
	ARANCIONE	2	
	ROSSA	2	

B

MATERIALE	MISURA	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
PALLONE AMBU	ADULTO	1	
RESERVOIR		1	
RACCORDO O2		1	
PALLONE VAE VIENI	ADULTO	2	
RACCORDO MASCHERA		2	
RACCORDO O2		2	
MASCHERE FACCIALI	3	2	
MASCHERE FACCIALI	4	2+1 MONTATA SU AMBU E CON BORDO GONFIATO	
MASCHERE FACCIALI	5	2	
SET INTUBAZIONE			
LARINGOSCOPIO FUNZIONANTE			
MANICO		1	
LAME CURVE	3	1	
	4	1	
	5	1	
LAME RETTE	3	1	
	4	1	
	5	1	

PINZA MAGILL	ADULTO	1	
LAMPADINA DI RISERVA		1	
PILE DI RISERVA		1	
TUBI ENDOTRACHEALI	6-7-7,5-8-8,5-9	2	
TUBO MANDRINATO	7-7,5-8-9	1	
MANDRINO		1	
CORRUGATO		2	
FILTRO ANTIBATTERICO		2	
LUBRIFICANTE		1	
SIRINGA 10 CC		3	
CEROTTO SETA		1	
MASCHERA LARINGEA SET		1	
TUBO LARINGEO		1	
C-PAP SET		2	
VALVOLE PEEP	5-7,5-10-12,5-15	2	
SET O2 VENTURI		10	
SET AEREOSOL		10	
SET DRENAGGIO TORACICO		2	
SET CRICOTIROIDOTOMIA		2	
PULSIOSSIMETRO		1	

C

MATERIALE	MISURA	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
MONITOR DEFIBRILLATORE			
TEST DEFIBRILLATORE			
RILEV TRACCIA			
APPARECCHIO IN CARICA			
PIASTRE PULITE			
CAVO DAE-PACING		1	
PIASTRE DAE-PACING		2	
GEL PIASTRE		1	
RED- DOT		1 BUSTA	
SFIGMOMANOMETRO		1	
FONENDOSCOPIO		1	
APPARECCHIO ECG		1	
GEL		1	

MODULO RICHIESTA		1	
SET CVC		3	
CVC	3 VIE	3	
GUANTI STERILI	6,5-7-7,5-8	3	
TELI STERILI		3	
GARZE STERILI PACCO		10	
AGHI SUTURA SETA	3 ZERI	3	
RASOIO		5	
BISTURI		3	
SIRINGA	10 CC	3	
CEROTTI FISSAGGIO		3	
FIALE SOL-FISIOLOGICA	10 CC	3	
SET VENA PERIFERICA			
AGHI CANNULA	14 G	15	
	16 G	15	
	18 G	15	
	20 G	15	
LACCIO		3	
CEROTTI FISSAGGIO		15	
TAPPINI PERFORABILI		30	
RUBINETTI 3 VIE		20	
BUTTERFLY	VERDE	30	
AGHI	18 G	30	
PRELIEVO VENOSO			
CAMICIA		20	
RACCORDI		20	
PROVETTE	EMOCROMO	30	
	CHIMICA CL	30	
	CARDIACI	30	
	COAGULAZIONE	30	
	GRUPPO	20	
	PROVE CROCIATE	20	
MODULI RICHIESTA		1	
PRELIEVO ARTERIOSO			
SIRINGHE EGA		20	
DISINFETTANTE		1	
COTONE			
CEROTTO	BASSO	3	
	ALTO	3	
SOMMINISTRAZIONE			

DISPOSITIVO POMPA SIRINGA		3	
POMPA VOLUMETRICA		2	
SIRINGHE	5 CC	30	
	10 CC	30	
	20 CC	30	
	50 CC	20	
	INSULINA	30	
DEFLUSSORI NORMALI		30	
DEFLUSSORI OPACHI		20	
REGOLATORI DI FLUSSO		30	
PROLUNGHE		30	

D-E

MATERIALI	MISURA	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
FORBICI TAGLIA ABITI		2	
CATETERI VESCICALI	12-14-16-18	10	
SNG	14-16-18	10	
SACCHETTI		10	
LUBRIFICANTE		3	
SONDA OROGASTRICA		5	
SONDA BLAKMORE		2	
SCHIZZETTONI		20	
METALLINE		10	
TERMOMETRO		2	
APPARECCHIO STICK GLICEMICO		1	
STRISCETTE		1 SCATOLA	
PUNGIDITO		1 SCATOLA	
SET INTRAOSSEA		2	
SET RACHICENTESI		2	

PARTE II- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- controllo dotazione
- annotazioni

- segnalazione in caso di indisponibilità

MATERIALI	MISURA	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
GUANTI LATTICE	S	1 PACCO	
	M	1 PACCO	
	L	1 PACCO	
GUANTI VINILE	S	1 PACCO	
	M	1 PACCO	
	L	1 PACCO	
MASCHERINE CHIRURGICHE		1 PACCO	
MASCHERE FFP3		10	
CAMICI MONOUSO		10	
CALZARI		10 PAIA	

PARTE III - FARMACI

- controllo dotazione
- controllo scadenze
- annotazioni
- segnalazione di indisponibilità

CARRELLO

PRINC. ATTIVO	NOME COMM	N° PROGR	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
ADENOSINA	KRENOSIN	1	2 CONF	
AMIODARONE	CORDARONE	2	1 CONF	
ATROPINA		3	2 CONF	
SALBUTAMOLO EV	VENTOLIN	4	1 CONF	
NALOXONE	NARCAN	5	2 CONF	
NITROGLICERINA EV	VENITRIN	6	2 CONF	
MIDAZOLAM 15 MG	IPNOVEL	7	2 CONF	
AMINOFILLINA	AMINOMAL	8	1 CONF	
DIGOSSINA 0,5 MG	LANOXIN	9	1 CONF	
DOBUTAMINA 250 MG		10	4 FL	
DOPAMINA 400 MG		11	2 CONF	
URAPIDIL CLORIDATO 50 MG	EBRANTIL	12	2 CONF	
IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO 100 MG	FLEBOCORTID	13	5 FL	
IDROCORTISONE	FLEBOCORTID	14	5 FL	

EMISUCCINATO SODICO 500 MG				
IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO 1000 MG	FLEBOCORTID	15	5 FL	
TIOPENTALE SODICO	PENTOTHAL	16	3 FL	
VERAPAMIL	ISOPTIN	17	1 CONF	
PREDNISOLONE 40 MG	SOLUMEDROL	18	10 FL	
PREDNISOLONE 125 MG	SOLUMEDROL	19	5 FL	
PREDNISOLONE 1000 MG	SOLUMEDROL	20	3 FL	
PREDNISOLONE 2000 MG	SOLUMEDROL	21	3 FL	
PROTAMINA SOLFATO 1 ML		22	3 FL	
FUROSEMIDE	LASIX	23	3 CONF	
ATENOLOLO	TENORMIN	24	1 CONF	
NITROPRUSSATO DI SODIO			1 CONF	
DESAMETASONE 4 MG	BENTELAN	25	2 CONF	
CLORFENAMINA MALEATO 10 MG	TRIMETRON	26	2 CONF	
METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO 20 MG	URBASON	27	2 CONF	
DIAZEPAM 10 MG	VALIUM	28	2 CONF	
LIDOCAINA 2%			3 FL	
CLORURO DI POTASSIO 10 ML-20 MEQ	KCL	29	1 CONF	
POTASSIO ASPARTATO 10 ML-3 MEQ	KFLEBO	30	2 CONF	
MAGNESIO SOLFATO 10 ML-2MEQ		31	1 CONF	
MAGNESIO CLORURO 10 ML-5 MEQ		32	1 CONF	
GLUCOSIO 20 %-10 ML		33	1 CONF	
CLORURO DI SODIO 0,9%-10 ML	SOLUZIONE FISIOLÓGICA	34	3 CONF	

CASSAFORTE

PRINC. ATTIVO	NOME COMM	N° PROGR	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
MORFINA		1C	3 CONF	

CLORIDATO 1 MG				
KETAMINA	KETANEST	2C	2 CONF	
PETIDINA		3C	2 CONF	

FRIGO

PRINC ATTIVO	NOME COMM	N° PROGR	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
ADRENALINA		1F	20 CONF	
NORADRENALINA		2F	10 CONF	
SUXAMETONIO CLORURO	MIDARINE	3F	5 CONF	
ATRACURIO BESILATO	TRACRIUM	4F	2 CONF	
CISATRACURIO BESILATO	NIMBEX	5F	3 CONF	
PROPOFOL	DIPRIVAN	6F	2 CONF	
GLUCAGONE		7F	2 FL	
INSULINA RAPIDA		8F	2 FL	
LORAZEPAM 4 MG	TAVOR	9F	2 CONF	
LISINA ACETILSALICILATO 500 MG	FLECTADOL	10F	2 CONF	
VITAMINA K	KONAKION	11F	2 CONF	

PARTE IV - INFUSIONI

- controllo dotazione
- controllo scadenze
- annotazioni

- **segnalazione in caso di indisponibilità**

PRINC ATTIVO	NOME COMM	QUANTITA'	CONTROLLO/NOTE
POLIGELINA 500 CC	EMAGEL	5 FL	
ETAMIDO/SODIO CLORURO	VOLUVEN	5 FL	
BICARBONATO DI SODIO 500 ML- 8,4%		3 FL	
BICARBONATO DI SODIO 500 ML- 1M		3 FL	
SOLUZIONE ELETTROLITICA 500 ML		5 FL	
RINGER LATTATO 500 ML		5 FL	
SOLUZIONE FISIOLÓGICA 100 ML		10 FL	
SOLUZIONE FISIOLÓGICA 250 ML		5 FL	
SOLUZIONE FISIOLÓGICA 500 ML		5 FL	
GLUCOSATA 5%-100 ML		5 FL	
GLUCOSATA 10%-250 ML		3 FL	
GLUCOSATA 20%-500 ML		3 FL	

BIBLIOGRAFIA

- <http://it.wikipedia.org>
- www.anpas.piemonte.it/

REGIONE PIEMONTE CHECK LIST – Coordinamento Responsabili Centrali Operative 118 – 12/7/2004

- Check list carrello emergenza – ASL 4 Chiavarese- PS Lavagna
- Verifica ordinaria carrello urgenza ASL 5 Spezzino Med. D'urg PO S. Andrea
- Dispensa del corso "La gestione del paziente critico nel trasporto secondario urgente", organizzato da ASL 5 Spezzino il 10 -11 nov. 2004